



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.32.004.A № 60556

Срок действия до 18 ноября 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Преобразователи термоэлектрические ГКС TS500

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное
предприятие "ГКС" (ООО "НПП "ГКС"), г. Казань

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 62322-15

ДОКУМЕНТЫ НА ПОВЕРКУ
ГОСТ 8.338-2002 и МИ 3090-2007

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года; 1 год - для преобразователей
термоэлектрических с НСХ типов "В", "R", "S"

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2015 г. № 1398

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С.Голубев

"26" 11 2015 г.

Серия СИ

№ 022862