



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.32.004.A № 60559

Срок действия до 18 ноября 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Термопреобразователи сопротивления платиновые ГКС TS500

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное
предприятие "ГКС" (ООО "НПП "ГКС"), г. Казань

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 62325-15

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ГОСТ 8.461-2009

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года; 4 года - для термопреобразователей
сопротивления классов А, В с температурой применения от минус 50 °С до
200 °С

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2015 г. № 1398

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С.Голубев



"26" 11 2015 г.

Серия СИ

№ 022865